


平成25年9月4日

## スクリーニング検査結果

品名	とよきち味噌(販売用)
製造年月日 (もしくは製造ロット番号)	2013/9/1
検査結果(Bq/kg) Cs134とCs137の合計値	不検出
検出限界値(Bq/kg) Cs134とCs137の合計値	<21.4
測定器	テクノエーピー社製 TN300B
測定条件	検体重量 : 100 g 容器 : タッパ容器(100ml) 測定時間 : 180 分
試験場所	きたかた 商工会 TEL 0241-38-2254 住所 : 福島県喜多方市山都町字蔵ノ後940-1
測定日	平成25年9月4日
事業所名	武藤合名会社 淀屋 (武藤修吉) 電話 : 0241-27-2022 住所 : 福島県喜多方市塩川町字新町1858
備考	

上記の検体測定値は、福島県の補助事業「商工業者のための放射性セシウム検査支援事業」で設置した測定器により測定した結果に相違ありません。

福島県商工会連合会 会長 轡田 倉治



平成25年9月5日

## スクリーニング検査結果

品名	たおやか味噌(販売用)
製造年月日 (もしくは製造ロット番号)	2013/9/1
検査結果(Bq/kg) Cs134とCs137の合計値	不検出
検出限界値(Bq/kg) Cs134とCs137の合計値	<21.5
測定器	テクノエーピー社製 TN300B
測定条件	検体重量 : 99 g 容器 : タッパ容器(100ml) 測定時間 : 180 分
試験場所	きたかた 商工会 Tel 0241-38-2254 住所 : 福島県喜多方市山都町字蔵ノ後940-1
測定日	平成25年9月5日
事業所名	武藤合名会社 淀屋 (武藤修吉) 電話 : 0241-27-2022 住所 : 福島県喜多方市塩川町字新町1858
備考	

上記の検体測定値は、福島県の補助事業「商工業者のための放射性セシウム検査支援事業」で設置した測定器により測定した結果に相違ありません。

福島県商工会連合会 会長 轡田 倉治

