

平成26年8月7日

スクリーニング検査結果

品 名	んだんだボール
製 造 年 月 日 (もしくは製造ロット番号)	2014/8/6
検 査 結 果 (Bq / kg) Cs134とCs137の合計値	不検出
検 出 限 界 値 (Bq / kg) Cs134とCs137の合計値	<16.1
測 定 器	テクノエーピー社製 TN300B
測 定 条 件	検体重量 : 102 g 容 器 : タッパ-100ml 容器 測定時間 : 3 時間
試 験 場 所	飯野町 商工会 Tel 024-562-2115 住 所 : 福島市飯野町字後川1
測 定 日	平成26年8月7日
事 業 所 名	株式会社飯野町振興公社 UFO物産館 電 話 : 024-562-2002 住 所 : 福島市飯野町青木字小手神森1-299
備 考	

上記の検体測定値は、福島県の補助事業「商工業者のための放射性セシウム検査支援事業」で設置した測定器により測定した結果に相違ありません。

福島県商工会連合会 会 長 轡田 倉治



平成26年8月7日

スクリーニング検査結果

品名	ほだほだボール
製造年月日 (もしくは製造ロット番号)	2014/8/6
検査結果 (Bq / kg) Cs134とCs137の合計値	不検出
検出限界値 (Bq / kg) Cs134とCs137の合計値	<16.4
測定器	テクノエーピー社製 TN300B
測定条件	検体重量 : 100 g 容器 : タッパ-100ml 容器 測定時間 : 3 時間
試験場所	飯野町 商工会 TEL 024-562-2115 住所 : 福島市飯野町字後川1
測定日	平成26年8月7日
事業所名	株式会社飯野町振興公社 UFO物産館 電話 : 024-562-2002 住所 : 福島市飯野町青木字小手神森1-299
備考	

上記の検体測定値は、福島県の補助事業「商工業者のための放射性セシウム検査支援事業」で設置した測定器により測定した結果に相違ありません。

福島県商工会連合会 会長 轡田 倉治

