

平成 26 年 8 月 7 日

放射能測定結果報告書Report on Radioactivity Measurements大天狗酒造株式会社 様福島県ハイテクプラザ所長
Fukushima Technology Centre
Centre Director

平成 26 年 8 月 6 日付で依頼のありました検体の放射能測定結果は、下記のとおりです。

The radioactivity measurements of the sample that requested in 6 August, 2014 are as follows:

品 名 Sample Name	清酒大天狗 大吟醸		
製造年月日 または 製造ロット番号 Date of Manufacture or Lot No.	26 年 7 月 1 日		
結 果 Results	放射性セシウム (Cs-134+Cs-137)	検出せず (< 1.2) Bq/kg	
	参 考	Cs-134	検出せず (< 6.6) Bq/kg
		Cs-137	検出せず (< 5.6) Bq/kg
		放射性ヨウ素 (I-131)	検出せず (< 6.4) Bq/kg
測 定 器 Measurement Instruments	キャンベラ製ゲルマニウム半導体検出器型放射能測定装置 (GC3020)		
測 定 方 法 Measurement Methods	厚生労働省通知 食安発 0315 第 4 号「食品中の放射性物質の試験法について」 別添「食品中の放射性セシウム検査法」(平成 24 年 3 月 15 日) 文部科学省編「ゲルマニウム半導体検出器による γ 線スペクトロメトリー」		
測 定 条 件 Measurement Conditions	・ 検体重量: 92.4g ・ 測定時間: 2000 秒 ・ 容 器: U8 容器		
測 定 場 所 Measurement Location	福島県ハイテクプラザ		
測 定 日 Measurement Date	平成 26 年 8 月 7 日		
備 考 Remarks	(<) の数値は検出限界値です。		

平成 26 年 5 月 12 日

放射能測定結果報告書Report on Radioactivity Measurements

大天狗酒造株式会社 様

福島県ハイテクプラザ所長
Fukushima Technology Centre
Centre Director

平成 26 年 5 月 12 日付で依頼のありました検体の放射能測定結果は、下記のとおりです。

The radioactivity measurements of the sample that requested in 12 May, 2014 are as follows:

品 名 Sample Name	清酒精撰 大天狗カップ		
製造年月日 または 製造ロット番号 Date of Manufacture or Lot No.	平成 26 年 4 月 3 日		
結 果 Results	放射性セシウム (Cs-134+Cs-137)	検出せず (< 1.4) Bq/kg	
	参 考	Cs-134	検出せず (< 7.3) Bq/kg
		Cs-137	検出せず (< 6.2) Bq/kg
		放射性ヨウ素 (I-131)	検出せず (< 6.0) Bq/kg
測 定 器 Measurement Instruments	キャンベラ製ゲルマニウム半導体検出器型放射能測定装置 (GC3020)		
測 定 方 法 Measurement Methods	厚生労働省通知 食安発 0315 第 4 号「食品中の放射性物質の試験法について」 別添「食品中の放射性セシウム検査法」(平成 24 年 3 月 15 日) 文部科学省編「ゲルマニウム半導体検出器による γ 線スペクトロメトリー」		
測 定 条 件 Measurement Conditions	・ 検体重量: 86.9g ・ 測定時間: 2000 秒 ・ 容 器: U8 容器		
測 定 場 所 Measurement Location	福島県ハイテクプラザ		
測 定 日 Measurement Date	平成 26 年 5 月 12 日		
備 考 Remarks	(<) の数値は検出限界値です。		

Report on Radioactivity Measurements

福島県
ハイテクブ
ラザ研究所

The radioactivity measurements of the sample that requested in 12 May, 2014 are as follows:

品名 Sample Name	大天狗 純米酒のうめ酒		
製造年月日 または 製造ロット番号 Date of Manufacture or Lot No.	平成 26 年 2 月 12 日		
結果 Results	放射性セシウム (Cs-134+Cs-137)	検出せず (< 14) Bq/kg	
	参 考	Cs-134	検出せず (< 7.0) Bq/kg
		Cs-137	検出せず (< 7.2) Bq/kg
		放射性ヨウ素 (I-131)	検出せず (< 7.0) Bq/kg
測定器 Measurement Instruments	キャンベラ製ゲルマニウム半導体検出器型放射能測定装置 (GC3020)		
測定方法 Measurement Methods	厚生労働省通知 食安発 0315 第 4 号「食品中の放射性物質の試験法について」 別添「食品中の放射性セシウム検査法」(平成 24 年 3 月 15 日) 文部科学省編「ゲルマニウム半導体検出器による γ線スペクトロメトリー」		
測定条件 Measurement Conditions	・検体重量： 91.5g ・測定時間： 2000 秒 ・容 器： U8 容器		
測定場所 Measurement Location	福島県ハイテクプラザ		
測定日 Measurement Date	平成 26 年 5 月 13 日		
備考 Remarks	(<) の数値は検出限界値です。		

平成 26 年 5 月 12 日

放射能測定結果報告書Report on Radioactivity Measurements

大天狗酒造株式会社 様

福島県ハイテクプラザ所長
Fukushima Technology Centre
Centre Director

平成 26 年 5 月 12 日付で依頼のありました検体の放射能測定結果は、下記のとおりです。

The radioactivity measurements of the sample that requested in 12 May, 2014 are as follows:

品 名 Sample Name	本格長芋焼酎 さわうらら		
製造年月日 または 製造ロット番号 Date of Manufacture or Lot No.	平成 25 年 11 月 8 日		
結 果 Results	放射性セシウム (Cs-134 + Cs-137)	検出せず (< 1.4) Bq/kg	
	参 考	Cs-134	検出せず (< 6.2) Bq/kg
		Cs-137	検出せず (< 7.5) Bq/kg
		放射性ヨウ素 (I-131)	検出せず (< 7.1) Bq/kg
測 定 器 Measurement Instruments	キャンベラ製ゲルマニウム半導体検出器型放射能測定装置 (GC3020)		
測 定 方 法 Measurement Methods	厚生労働省通知 食安発 0315 第 4 号「食品中の放射性物質の試験法について」 別添「食品中の放射性セシウム検査法」(平成 24 年 3 月 15 日) 文部科学省編「ゲルマニウム半導体検出器による γ 線スペクトロメトリー」		
測 定 条 件 Measurement Conditions	・ 検体重量: 85.8g ・ 測定時間: 2000 秒 ・ 容 器: U8 容器		
測 定 場 所 Measurement Location	福島県ハイテクプラザ		
測 定 日 Measurement Date	平成 26 年 5 月 12 日		
備 考 Remarks	(<) の数値は検出限界値です。		