

平成27年9月3日

スクリーニング検査結果

| | |
|------------------------------------|---|
| 品名 | ボローニャソーセージ |
| 製造年月日 (もしくは製造ロット番号) | 2015/8/31 |
| 検査結果 (Bq / kg) Cs134とCs137の合計値 | 不検出 |
| 検出限界値 (Bq / kg) Cs134とCs137の合計値 | <21.7 |
| 測定器 | テクノエーピー社製 TN300B |
| 測定条件 | 検体重量 : 103 g 容器 : タッパ (100ml) 容器 測定時間 : 3 時間 |
| 試験場所 | 好間町 商工会 TEL 0246-36-3133 住所 : いわき市好間町中好間字田中25 |
| 測定日 | 平成27年9月3日 |
| 事業所名 | 有限会社 昇栄 電話 : 0246-38-9353 住所 : 福島県いわき市中部工業団地1 |
| 備考 | 温度23.3度 湿度45% |

上記の検体測定値は、福島県の補助事業「商工業者のための放射性セシウム検査支援事業」で設置した測定器により測定した結果に相違ありません。

福島県商工会連合会 会長 轡田 倉治



平成27年9月3日

スクリーニング検査結果

| | |
|------------------------------------|---|
| 品名 | ボンレスハム |
| 製造年月日 (もしくは製造ロット番号) | 2015/8/27 |
| 検査結果 (Bq / kg) Cs134とCs137の合計値 | 不検出 |
| 検出限界値 (Bq / kg) Cs134とCs137の合計値 | <23.9 |
| 測定器 | テクノエーピー社製 TN300B |
| 測定条件 | 検体重量 : 94 g 容器 : タッパ (100ml) 容器 測定時間 : 3 時間 |
| 試験場所 | 好間町 商工会 TEL 0246-36-3133 住所 : いわき市好間町中好間字田中25 |
| 測定日 | 平成27年9月3日 |
| 事業所名 | 有限会社 昇栄 電話 : 0246-38-9353 住所 : 福島県いわき市中部工業団地1 |
| 備考 | 温度23.2度 湿度47% |

上記の検体測定値は、福島県の補助事業「商工業者のための放射性セシウム検査支援事業」で設置した測定器により測定した結果に相違ありません。

福島県商工会連合会 会長 轡田 倉治



平成27年9月2日

スクリーニング検査結果

| | |
|------------------------------------|---|
| 品名 | ローズハム |
| 製造年月日 (もしくは製造ロット番号) | 2015/8/27 |
| 検査結果 (Bq / kg) Cs134とCs137の合計値 | 不検出 |
| 検出限界値 (Bq / kg) Cs134とCs137の合計値 | <22.7 |
| 測定器 | テクノエーピー社製 TN300B |
| 測定条件 | 検体重量 : 99 g 容器 : タッパ (100ml) 容器 測定時間 : 3 時間 |
| 試験場所 | 好間町 商工会 TEL 0246-36-3133 住所 : いわき市好間町中好間字田中25 |
| 測定日 | 平成27年9月2日 |
| 事業所名 | 有限会社 昇栄 電話 : 0246-38-9353 住所 : 福島県いわき市中部工業団地1 |
| 備考 | 温度22.0度 湿度49% |

上記の検体測定値は、福島県の補助事業「商工業者のための放射性セシウム検査支援事業」で設置した測定器により測定した結果に相違ありません。

福島県商工会連合会 会長 轡田 倉治

