

平成29年8月2日

スクリーニング検査結果

品名	青豆寄せ豆腐
製造年月日 (もしくは製造ロット番号)	平成29年8月2日
検査結果 (Bq / kg) Cs134とCs137の合計値	不検出
検出限界値 (Bq / kg) Cs134とCs137の合計値	<21.2
測定器	テクノエーピー社製 TN300B
測定条件	検体重量 : 112 g 容器 : タッパ (100ml) 容器 測定時間 : 180 分
試験場所	塙町 商工会 TEL 0247-43-0371 住所 : 福島県東白川郡塙町大字塙字大町3-31-1
測定日	平成29年8月2日
事業所名	有限会社 大相食品 電話 : 0247-33-3403 住所 : 福島県東白川郡棚倉町大字棚倉字鉄砲町16番地
備考	

上記の検体測定値は、福島県の補助事業「商工業者のための放射性セシウム検査支援事業」で設置した測定器により測定した結果に相違ありません。

福島県商工会連合会 会長 轡田 倉治

