

平成29年7月26日

スクリーニング検査結果

(有)粧和田屋 様

品 名	フルーツあま酒（ブルーベリー）
製造年月日 (もしくは製造ロット番号)	
検 査 結 果 (Bq/kg) Cs134とCs137の合計値	不検出
検出限界値 (Bq/kg) Cs134とCs137の合計値	<14.3
測 定 器	テクノエーピー社製TN300B
測 定 条 件	検体重量：754 g 容 器：V-5(630mL)容器 測定時間：30分
試 験 場 所	本宮市商工会
測 定 日	平成29年7月26日
備 考	この測定値は持ち込まれた検体に対する結果です。 備考予備：なし

※本スクリーニング検査は、福島県の補助事業（商工業者のための放射性セシウム検査支援事業）により実施しています。

平成29年7月26日

スクリーニング検査結果

(有)桃和田屋 様

品 名	フルーツあま酒（もも）
製造年月日 （もしくは製造ロット番号）	
検 査 結 果 (Bq/kg) Cs134とCs137の合計値	不検出
検出限界値 (Bq/kg) Cs134とCs137の合計値	<14.2
測 定 器	テクノエーピー社製TN300B
測 定 条 件	検体重量：761 g 容 器：V-5(630mL)容器 測定時間：30分
試 験 場 所	本宮市商工会
測 定 日	平成29年7月26日
備 考	この測定値は持ち込まれた検体に対する結果です。 備考予備：なし

※本スクリーニング検査は、福島県の補助事業（商工業者のための放射性セシウム検査支援事業）により実施しています。

平成29年7月26日

スクリーニング検査結果

(有)粧和田屋 様

品 名	フルーツあま酒 (レモン)
製造年月日 (もしくは製造ロット番号)	
検 査 結 果 (Bq/kg) Cs134とCs137の合計値	不検出
検出限界値 (Bq/kg) Cs134とCs137の合計値	<14.3
測 定 器	テクノエーピー社製TN300B
測 定 条 件	検体重量 : 748 g 容 器 : V-5 (630mL) 容器 測定時間 : 30分
試 験 場 所	本宮市商工会
測 定 日	平成29年7月26日
備 考	この測定値は持ち込まれた検体に対する結果です。 備考予備 : なし

※本スクリーニング検査は、福島県の補助事業（商工業者のための放射性セシウム検査支援事業）により実施しています。

平成29年7月26日

スクリーニング検査結果

(有)桃和田屋 様

品 名	フルーツあま酒 (いちご)
製造年月日 (もしくは製造ロット番号)	
検 査 結 果 (Bq/kg) Cs134とCs137の合計値	不検出
検出限界値 (Bq/kg) Cs134とCs137の合計値	<13.7
測 定 器	テクノエーピー社製TN300B
測 定 条 件	検体重量 : 767 g 容 器 : V-5 (630mL) 容器 測定時間 : 30分
試 験 場 所	本宮市商工会
測 定 日	平成29年7月26日
備 考	この測定値は持ち込まれた検体に対する結果です。 備考予備 : なし

※本スクリーニング検査は、福島県の補助事業（商工業者のための放射性セシウム検査支援事業）により実施しています。

平成29年7月26日

スクリーニング検査結果

(有)粧和田屋 様

品 名	粧あま酒 (プレーン)
製造年月日 (もしくは製造ロット番号)	
検 査 結 果 (Bq/kg) Cs134とCs137の合計値	不検出
検出限界値 (Bq/kg) Cs134とCs137の合計値	<13.9
測 定 器	テクノエーピー社製TN300B
測 定 条 件	検体重量 : 762 g 容 器 : V-5 (630mL) 容器 測定時間 : 30分
試 験 場 所	本宮市商工会
測 定 日	平成29年7月26日
備 考	この測定値は持ち込まれた検体に対する結果です。 備考予備 : なし

※本スクリーニング検査は、福島県の補助事業（商工業者のための放射性セシウム検査支援事業）により実施しています。

平成29年7月26日

スクリーニング検査結果

(有)糶和田屋 様

品 名	フルーツあま酒（なつはぜ）
製造年月日 （もしくは製造ロット番号）	
検 査 結 果 (Bq/kg) Cs134とCs137の合計値	不検出
検出限界値 (Bq/kg) Cs134とCs137の合計値	<14.9
測 定 器	テクノエーピー社製TN300B
測 定 条 件	検体重量：727 g 容 器：V-5(630mL)容器 測定時間：30分
試 験 場 所	本宮市商工会
測 定 日	平成29年7月26日
備 考	この測定値は持ち込まれた検体に対する結果です。 備考予備：なし

※本スクリーニング検査は、福島県の補助事業（商工業者のための放射性セシウム検査支援事業）により実施しています。

平成29年7月26日

スクリーニング検査結果

(有)糺和田屋 様

品 名	かぼちゃあま酒
製造年月日 (もしくは製造ロット番号)	
検 査 結 果 (Bq/kg) Cs134とCs137の合計値	不検出
検出限界値 (Bq/kg) Cs134とCs137の合計値	<14.0
測 定 器	テクノエーピー社製TN300B
測 定 条 件	検体重量 : 770 g 容 器 : V-5 (630mL) 容器 測定時間 : 30分
試 験 場 所	本宮市商工会
測 定 日	平成29年7月26日
備 考	この測定値は持ち込まれた検体に対する結果です。 備考予備 : なし

※本スクリーニング検査は、福島県の補助事業（商工業者のための放射性セシウム検査支援事業）により実施しています。

平成29年7月26日

スクリーニング検査結果

(有)粧和田屋 様

品 名	ゆずあま酒
製造年月日 (もしくは製造ロット番号)	
検 査 結 果 (Bq/kg) Cs134とCs137の合計値	不検出
検出限界値 (Bq/kg) Cs134とCs137の合計値	<14.1
測 定 器	テクノエーピー社製TN300B
測 定 条 件	検体重量 : 754 g 容 器 : V-5 (630mL) 容器 測定時間 : 30分
試 験 場 所	本宮市商工会
測 定 日	平成29年7月26日
備 考	この測定値は持ち込まれた検体に対する結果です。 備考予備 : なし

※本スクリーニング検査は、福島県の補助事業（商工業者のための放射性セシウム検査支援事業）により実施しています。

平成29年7月26日

スクリーニング検査結果

(有)桃和田屋 様

品 名	さくらあま酒
製造年月日 (もしくは製造ロット番号)	
検 査 結 果 (Bq/kg) Cs134とCs137の合計値	不検出
検出限界値 (Bq/kg) Cs134とCs137の合計値	<14.5
測 定 器	テクノエーピー社製TN300B
測 定 条 件	検体重量 : 737 g 容 器 : V-5 (630mL) 容器 測定時間 : 30分
試 験 場 所	本宮市商工会
測 定 日	平成29年7月26日
備 考	この測定値は持ち込まれた検体に対する結果です。 備考予備 : なし

※本スクリーニング検査は、福島県の補助事業（商工業者のための放射性セシウム検査支援事業）により実施しています。

平成29年7月26日

スクリーニング検査結果

(有)糺和田屋 様

品 名	抹茶あま酒
製造年月日 (もしくは製造ロット番号)	
検 査 結 果 (Bq/kg) Cs134とCs137の合計値	不検出
検出限界値 (Bq/kg) Cs134とCs137の合計値	<14.6
測 定 器	テクノエーピー社製TN300B
測 定 条 件	検体重量 : 730 g 容 器 : V-5 (630mL) 容器 測定時間 : 30分
試 験 場 所	本宮市商工会
測 定 日	平成29年7月26日
備 考	この測定値は持ち込まれた検体に対する結果です。 備考予備 : なし

※本スクリーニング検査は、福島県の補助事業（商工業者のための放射性セシウム検査支援事業）により実施しています。

平成29年7月26日

スクリーニング検査結果

(有)粧和田屋 様

品 名	フルーツあま酒（りんご）
製造年月日 （もしくは製造ロット番号）	
検 査 結 果 (Bq/kg) Cs134とCs137の合計値	不検出
検出限界値 (Bq/kg) Cs134とCs137の合計値	<14.3
測 定 器	テクノエーピー社製TN300B
測 定 条 件	検体重量：749 g 容 器：V-5(630mL)容器 測定時間：30分
試 験 場 所	本宮市商工会
測 定 日	平成29年7月26日
備 考	この測定値は持ち込まれた検体に対する結果です。 備考予備：なし

※本スクリーニング検査は、福島県の補助事業（商工業者のための放射性セシウム検査支援事業）により実施しています。

平成29年7月27日

スクリーニング検査結果

(有)穂和田屋 様

品 名	しょうがあま酒
製造年月日 (もしくは製造ロット番号)	
検 査 結 果 (Bq/kg) Cs134とCs137の合計値	不検出
検出限界値 (Bq/kg) Cs134とCs137の合計値	<14.5
測 定 器	テクノエーピー社製TN300B
測 定 条 件	検体重量 : 748 g 容 器 : V-5 (630mL) 容器 測定時間 : 30分
試 験 場 所	本宮市商工会
測 定 日	平成29年7月27日
備 考	この測定値は持ち込まれた検体に対する結果です。 備考予備 : なし

※本スクリーニング検査は、福島県の補助事業（商工業者のための放射性セシウム検査支援事業）により実施しています。

平成29年7月27日

スクリーニング検査結果

(有)秣和田屋 様

品 名	秣あま酒
製造年月日 (もしくは製造ロット番号)	
検 査 結 果 (Bq/kg) Cs134とCs137の合計値	不検出
検出限界値 (Bq/kg) Cs134とCs137の合計値	<13.5
測 定 器	テクノエーピー社製TN300B
測 定 条 件	検体重量 : 786 g 容 器 : V-5 (630mL) 容器 測定時間 : 30分
試 験 場 所	本宮市商工会
測 定 日	平成29年7月27日
備 考	この測定値は持ち込まれた検体に対する結果です。 備考予備 : なし

※本スクリーニング検査は、福島県の補助事業（商工業者のための放射性セシウム検査支援事業）により実施しています。

平成29年7月27日

スクリーニング検査結果

(有)糖和田屋 様

品 名	塩こうじ
製造年月日 (もしくは製造ロット番号)	
検 査 結 果 (Bq/kg) Cs134とCs137の合計値	不検出
検出限界値 (Bq/kg) Cs134とCs137の合計値	<12.2
測 定 器	テクノエーピー社製TN300B
測 定 条 件	検体重量 : 879 g 容 器 : V-5 (630mL) 容器 測定時間 : 30分
試 験 場 所	本宮市商工会
測 定 日	平成29年7月27日
備 考	この測定値は持ち込まれた検体に対する結果です。 備考予備 : なし

※本スクリーニング検査は、福島県の補助事業（商工業者のための放射性セシウム検査支援事業）により実施しています。

平成29年7月27日

スクリーニング検査結果

(有)穂和田屋 様

品 名	三五八
製造年月日 (もしくは製造ロット番号)	
検 査 結 果 (Bq/kg) Cs134とCs137の合計値	不検出
検出限界値 (Bq/kg) Cs134とCs137の合計値	<17.6
測 定 器	テクノエーピー社製TN300B
測 定 条 件	検体重量 : 609 g 容 器 : V-5 (630mL) 容器 測定時間 : 30分
試 験 場 所	本宮市商工会
測 定 日	平成29年7月27日
備 考	この測定値は持ち込まれた検体に対する結果です。 備考予備 : なし

※本スクリーニング検査は、福島県の補助事業（商工業者のための放射性セシウム検査支援事業）により実施しています。

平成29年7月27日

スクリーニング検査結果

(有)粧和田屋 様

品 名	米こうじ
製造年月日 (もしくは製造ロット番号)	
検 査 結 果 (Bq/kg) Cs134とCs137の合計値	不検出
検出限界値 (Bq/kg) Cs134とCs137の合計値	<15.5
測 定 器	テクノエーピー社製TN300B
測 定 条 件	検体重量 : 481 g 容 器 : V-5 (630mL) 容器 測定時間 : 1時間
試 験 場 所	本宮市商工会
測 定 日	平成29年7月27日
備 考	この測定値は持ち込まれた検体に対する結果です。 備考予備 : なし

※本スクリーニング検査は、福島県の補助事業（商工業者のための放射性セシウム検査支援事業）により実施しています。

平成29年7月27日

スクリーニング検査結果

(有)粧和田屋 様

品 名	みそ
製造年月日 (もしくは製造ロット番号)	
検 査 結 果 (Bq/kg) Cs134とCs137の合計値	不検出
検出限界値 (Bq/kg) Cs134とCs137の合計値	<23.5
測 定 器	テクノエーピー社製TN300B
測 定 条 件	検体重量 : 155 g 容 器 : タッパ (100mL) 容器 測定時間 : 1時間
試 験 場 所	本宮市商工会
測 定 日	平成29年7月27日
備 考	この測定値は持ち込まれた検体に対する結果です。 備考予備 : なし

※本スクリーニング検査は、福島県の補助事業（商工業者のための放射性セシウム検査支援事業）により実施しています。

平成29年7月28日

スクリーニング検査結果

(有)糶和田屋 様

品 名	糶ドレッシング 辛口
製造年月日 (もしくは製造ロット番号)	
検 査 結 果 (Bq/kg) Cs134とCs137の合計値	不検出
検出限界値 (Bq/kg) Cs134とCs137の合計値	<18.8
測 定 器	テクノエーピー社製TN300B
測 定 条 件	検体重量 : 138 g 容 器 : タッパ (100mL) 容器 測定時間 : 2時間
試 験 場 所	本宮市商工会
測 定 日	平成29年7月28日
備 考	この測定値は持ち込まれた検体に対する結果です。 備考予備 : なし

※本スクリーニング検査は、福島県の補助事業（商工業者のための放射性セシウム検査支援事業）により実施しています。

平成29年7月28日

スクリーニング検査結果

(有)糶和田屋 様

品 名	糶ドレッシング
製造年月日 (もしくは製造ロット番号)	
検 査 結 果 (Bq/kg) Cs134とCs137の合計値	不検出
検出限界値 (Bq/kg) Cs134とCs137の合計値	<19.5
測 定 器	テクノエーピー社製TN300B
測 定 条 件	検体重量 : 133 g 容 器 : タッパ (100mL) 容器 測定時間 : 2時間
試 験 場 所	本宮市商工会
測 定 日	平成29年7月28日
備 考	この測定値は持ち込まれた検体に対する結果です。 備考予備 : なし

※本スクリーニング検査は、福島県の補助事業（商工業者のための放射性セシウム検査支援事業）により実施しています。

平成29年7月31日

スクリーニング検査結果

(有)粧和田屋 様

品 名	フリーズドライ きのみそ汁
製造年月日 (もしくは製造ロット番号)	
検 査 結 果 (Bq/kg) Cs134とCs137の合計値	不検出
検出限界値 (Bq/kg) Cs134とCs137の合計値	<22.4
測 定 器	テクノエーピー社製TN300B
測 定 条 件	検体重量 : 66 g 容 器 : タッパ (100mL) 容器 測定時間 : 6時間
試 験 場 所	本宮市商工会
測 定 日	平成29年7月31日
備 考	この測定値は持ち込まれた検体に対する結果です。 備考予備 : なし

※本スクリーニング検査は、福島県の補助事業（商工業者のための放射性セシウム検査支援事業）により実施しています。

平成29年8月1日

スクリーニング検査結果

(有)粧和田屋 様

品 名	フリーズドライ とん汁
製造年月日 (もしくは製造ロット番号)	
検 査 結 果 (Bq/kg) Cs134とCs137の合計値	不検出
検出限界値 (Bq/kg) Cs134とCs137の合計値	<23.6
測 定 器	テクノエーピー社製TN300B
測 定 条 件	検体重量 : 69 g 容 器 : タッパ (100mL) 容器 測定時間 : 5時間
試 験 場 所	本宮市商工会
測 定 日	平成29年8月1日
備 考	この測定値は持ち込まれた検体に対する結果です。 備考予備 : なし

※本スクリーニング検査は、福島県の補助事業（商工業者のための放射性セシウム検査支援事業）により実施しています。

平成29年8月2日

スクリーニング検査結果

(有)糀和田屋 様

品 名	フリーズドライ 糀みそ汁
製造年月日 (もしくは製造ロット番号)	
検 査 結 果 (Bq/kg) Cs134とCs137の合計値	不検出
検出限界値 (Bq/kg) Cs134とCs137の合計値	<22.4
測 定 器	テクノエーピー社製TN300B
測 定 条 件	検体重量 : 66 g 容 器 : タッパ (100mL) 容器 測定時間 : 6時間
試 験 場 所	本宮市商工会
測 定 日	平成29年8月2日
備 考	この測定値は持ち込まれた検体に対する結果です。 備考予備 : なし

※本スクリーニング検査は、福島県の補助事業（商工業者のための放射性セシウム検査支援事業）により実施しています。